GC Web セミナー LIVE

対象 歯科衛生士 歯科医師

DHワークを極める

～ドクターに「切らせない」歯周処置～ 2026

Smile for the World
Since 1921
100 years of Quality in Dental

2026 12.9(水)

19:30 ▸▸ 21:00

受講料 ▸▸ 無 料

講師



歯科医師
櫻井 善明 先生

< 資格・所属学会 >
- 日本顕微鏡歯科学会 認定指導医
- 日本歯科放射線学会 歯科エックス線優良医
- 日本歯科先端技術研究所 インプラントフェロー
- 顕微鏡歯科ネットワークジャパン v-Super Dentist

ネクスト・デンタル　ソレイユ メインテナンスクリニック



歯科衛生士
林 智恵子 先生

< 資格・所属学会 >
- 日本顕微鏡歯科学会 認定指導歯科衛生士
- 日本歯科審美学会
- ドライマウス研究会 会員
- TCH研究会 会員

このセミナーで学べること

- 質の高い歯周処置
- 縁上のプラークコントロールを極めるテクニック
- ルートプレーニングとデブライドメントテクニック

私たち歯科衛生士が、成人の患者さんに対して行う重要な処置は「歯周病の管理」ということに尽きると思います。初期から中等度の歯周病の患者さんに対して、いかに「症状安定の状態を保ち続けられるか?」が最も重要なポイントであるともいえます。
そこで、歯周治療における基本的な考え方からセルフケアのポイント、インスツルメントの使いこなしのポイントまで、解説させていただこうと思います。

本セミナーに配布資料はございません。

XP2 グレーシーキュレット



歯周用キュレット　ＸＰ２　グレーシー　キュレット　一般医療機器　13B1X00155000321

お申込み時に講師への事前質問を受け付けています
（事前質問〆切 11月30日）

定 員 100名
※定員になり次第〆切となります。

開催方法 Zoom 配信
※ お申込完了後、ZoomのアクセスURLをお送りいたします。
※ 快適に視聴できる環境をご用意ください。
※ お使いの通信環境によりご視聴いただけない場合がございます。
※ 講演内容は変更になる場合がございます。

お申込QR

申込期限：2026 年 12 月 7 日

※ 終了時刻は質疑応答の内容によって前後いたします。
※ お申込者を対象に見逃し配信を予定しておりますので、当日ご視聴いただけない方もお申込みください。

ご注意ください
メールが届かないというトラブル防止のため、「@eventpay.jp」と「@zoom.us」のドメインからのメールが受信できる設定してくださいますようお願いいたします。
上記の設定をいただけなかったことにより申込確認及び当日参加 URL が記載されたメールが受信できなかったとしても弊社は一切の責任を負いかねます。
ご登録いただいた個人情報は、セミナー運営や弊社の商品に関するご案内等に活用させていただきます。いただいた個人情報は記載の目的において弊社グループ会社及び弊社販売店に提供することがございます。

お問い合わせ 平日 09:00～17:00
株式会社 ジーシー
〈支　店〉●東　京 03-3813-5751　●大阪 06-4790-7333
〈営業所〉●北海道 011-729-2130　●東北 022-785-8040
●名古屋 052-757-5722　●九州 092-441-1286

2610GE

新製品のご案内

2026 11.24 発売

ユニバーサルレジンセメント 保険適用

ジーセム ユニバーサル
ジーセム ユニバーサル カートリッジ

オートミックスタイプ

歯科用合着・接着材料I
自動練和型
36点



歯科接着用レジンセメント
ジーシー ジーセム ユニバーサル
管理医療機器 307AKBZX00104000

ハンドミックスタイプ

歯科用合着・接着材料I
標準型
17点



歯科接着用レジンセメント
ジーシー ジーセム ユニバーサル カートリッジ
管理医療機器 307AKBZX00105000

SILANE COUPLING AGENT
シランカップリング剤配合

HEMA-FREE
HEMAフリー

シンプル操作で より安定した接着へ
～シランカップリング剤配合のオールラウンド レジンセメント～

色調	トランスルーセント (TR)	ユニバーサル (U)	オペーク (O)	ホワイトオペーク (WO)
おすすめ	セラミックスやCAD／CAMのインレーに	メタルからセラミックス、CAD／CAM冠まで幅広く使用可能	メタルコアにCAD／CAM冠を装着する症例に	変色歯の症例に

X線造影性あり

歯科用充填・修復材補助器具 ジーシー CDディスペンサーIII 一般医療機器 09B2X00010G00063

1本で幅広い症例に適応 保険から自費までこれひとつ!

ペースト内に**シランカップリング剤**と**機能性モノマー**(10-MDP※)を配合。
メタル、ジルコニアはもちろんハイブリッドレジン、セラミックスなど様々な材質の補綴装置に接着*します。

※10-MDP=10-methacryloyloxydecyl dihydrogen phosphate
*より安定した接着を求める場合には、窩洞または支台歯にG-ボンド ユニバーサルを使用

適応症例

•メタル		• ジルコニア • セラミックス（二ケイ酸リチウム系・長石系） • ハイブリッドレジン			•CAD/CAM ハイブリッド レジンブロック		•PEEK※1
インレー／アンレー	クラウン／ブリッジ	インレー／アンレー	クラウン／ブリッジ	ベニア※1※2	インレー／アンレー	クラウン／ブリッジ	クラウン

※1 G-ボンド ユニバーサルをプライマーとして使用します。詳しくは電子添文をご確認ください。
※2 単冠に限る。


メタルクラウン
（金銀パラジウム合金）


CAD／CAMハイブリッドレジン
クラウン


オールセラミックスクラウン
（ジルコニア+レイヤリング）


オールセラミックス
（二ケイ酸リチウム）
テーブルトップクラウン


PEEK冠
※PEEK冠内面にG-ボンド ユニバーサル塗布必須

より安定した接着へ

ジーセム ユニバーサル × G-ボンド ユニバーサル

G-CEM Universal × G-BOND Universal

より安定した接着を追求したユニバーサルシステム

直接修復に使用できるG-ボンド ユニバーサルとの併用により、さらに幅広い症例に適応。





補綴装置内面も窩洞・支台歯も “G-ボンド ユニバーサル” 1本でOK。ウォーターフリーのボンディング材のため、エアーブローなしでも使用可能です。

《インレー・クラウンを想定した場合》

補綴装置側*1						レジンセメント	窩洞・支台歯側		
メタル	ジルコニア*2	セラミックス（二ケイ酸リチウム系・長石系）*2	ハイブリッドレジン*2	CAD／CAMハイブリッドレジン*2	PEEK		歯質*1	メタルコア	レジンコア
プライマー処理不要 					必須 G-ボンド ユニバーサル塗布 →光照射		CAD／CAM冠など より安定した接着を求める場合、G-ボンド ユニバーサルの使用を推奨		

*1 CAD／CAM冠（PEEK冠を含む）、CAD／CAMインレー、CAD／CAMブリッジ、高強度硬質レジンブリッジ、接着ブリッジは、歯質に対する接着性を向上させることを目的に、アルミナ・サンドブラスト処理（補綴装置）およびG-ボンド ユニバーサルでプライマー処理（補綴装置および歯質、またはいずれか）した場合、内面処理加算の保険算定可能。
*2 より安定した接着を求める場合、G-ボンド ユニバーサルを使用可能

歯科用象牙質接着材 / 歯科金属用接着材料 / 歯科セラミックス用接着材料 / 歯科用知覚過敏抑制材料 / 歯科用シーリング・コーティング材 / 歯面コーティング材 ジーシー Gーボンド ユニバーサル 管理医療機器 307AKBZX00014000

株式会社 ジーシー

支 店 ●東 京(03)3813-5751
●大 阪(06)4790-7333
営業所 ●北海道(011)729-2130
●東 北(022)785-8040
●名古屋(052)757-5722
●九 州(092)441-1286

ご用命は